

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.15.2019 pn.. „**Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu**”

I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla jednego ambulansu.

Odpowiedź: Zakładany przebieg ambulansu to ok. 40 tys. rocznie.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w stacji obsługi danej marki.

Odpowiedź: Pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” mamy na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta. Jeżeli dany element nie jest w opcji pojazdu fabrycznego – nie jest wymagany.

Pytanie 3. Czy z uwagi na ergonomię i komfort pracy ratowników medycznych Zamawiający wymaga, aby przegroda pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem pacjenta z drzwiami przesuwными posiadała wysokość min. 180 cm (wysokość mierzona pionowo od powierzchni podłogi do dolnej krawędzi okna otwartych drzwi) ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający, wymaga, aby ambulans był wyposażony w fabryczny asystent boczny wiatru, który wcześniej rozpoznaje zmianę toru jazdy spowodowaną przez porywy boczny wiatru i wspomaga kierowcę w utrzymywaniu toru jazdy?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga fabrycznego asystenta boczny wiatru.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie czy koszty z tytułu przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego w okresie gwarancji Zamawiający będzie ponosił poza przetargowo czy koszt ten należy wliczyć do ceny ofertowej.

Odpowiedź: Koszty z tytułu przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego w okresie gwarancji należy wliczyć do ceny ofertowej.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans o mocy silnika 163 KM?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z max. momentem obrotowym nie mniejszym niż 360 Nm?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans z normą emisji spalin EURO 6 (norma równoważna do normy EURO VI).

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza równoważną normę.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu sanitarnego zabudowanego (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojeździe bazowym fabrycznie nowym, niezarejestrowanym, nieposiadającym przebiegu eksploatacyjnego, niedemonstracyjnego, posiadającego pełną gwarancję producenta, z produkcji 2018 roku?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10. Czy Zamawiający w celu zachowania maksymalnej ergonomii oraz komfortu pracy ratowników medycznych wymaga dostarczenia ambulansów wyposażonych w fabryczny (tj. montowany na etapie produkcji pojazdu bazowego) elektryczny system domykania drzwi lewych i prawych przesuwnych?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga elektrycznego systemu domykania drzwi lewych i prawych przesuwnych.

II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), **zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

Zmianie ulega zał. nr 6 SIWZ w następujący sposób:

Zmianie ulega zał. nr 6 SIWZ – plik o nazwie *OR.VII.272.15.2019_SIWZ_zal.6 Specyfikacja techniczna* zastępuje się nowym opisem – plikiem o nazwie ***OR.VII.272.15.2019_SIWZ_zal.6 Specyfikacja techniczna_PO ZMIANIE.***

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. STAROSTY
Beata Bańczyk
Sekretarz Powiatu**

Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375